

Ampolleta

- Para validar ciclos de esterilización con calor húmedo (autoclave)
- Organismo indicador:
Geobacillus stearothermophilus
- Población 10^5 y 10^6 UFC/ml
- Ideal para validación de ciclos de esterilización de líquidos
- Uso muy cómodo
- Se puede incubar directamente después del ciclo de esterilización
- Resultados en 24 horas
- El resultado se observa con un cambio de color
- Cada unidad se identifica con la marca, tipo de organismo, lote y fecha de caducidad



Sporigam[®] en ampolletas es un indicador biológico autocontenido diseñado para validar procesos de esterilización con vapor a 121°C. Cada unidad está conformada por una ampolleta de vidrio que contiene medio de cultivo, una población definida de esporas *Geobacillus stearothermophilus* e indicador de pH.